



ТОВ "УКРВАТА"

Ідентифікаційний код: 31301408

Адреса: Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8
Тел./факс: (+380 472) 65-41-80, 65-40-73, 66-36-22
Київський офіс: Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21
Тел.: (+380 44) 303-98-45, 303-98-47, 303-98-43, 303-98-49
Факс: (+380 44) 303-98-54
E-mail: info@ukrvata.ua; www.ukrvata.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 1

на бинти марлеві медичні нестерильні 7мх14см

Виробник ТОВ "Укрвата

Регістраційний номер 5537/2006

Дата виготовлення 01.2014р

Термін зберігання безстроково

Номер партії 01

Кількість в партії 20000 шт

АНД, відповідно якій проводиться

аналіз ГОСТ 1172-93

№ п/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати вимірювання
1	Довжина бинта, м	7,0±0,3	6,9
2	Ширина бинта, см	14,0±0,5	14,0
3	Товщина бинта, мм, н/б	35	28
4	Білизна, %, н/м	80	85
5	Розривне навантаження, Н, не менше	78	82
6	Капілярність, см/ч, н/м	7,0	7,8

Висновок: партія бинтів відповідає вимогам

ГОСТ 1172-93, тип 17



Начальник ОТК

Л.Ф.Егорова



Вх. су. № 251. 05. 29. 01. 14 Київ