



Декларація про відповідність № REG-DOC-UA-002

Назва медичного виробу

Micropore™ Пластир хірургічний  
Micropore™ Surgical Tape

Каталожний номер:

1530-0, 1530-1, 1530-2, 1530-0S, 1530-1S, 1530-2S  
з диспенсером: 1535E-0, 1535E-1, 1535E-2

Виробник:

3M Deutschland GmbH, Health Care Business  
Carl-Schurz-Str.1, 41453 Neuss, Germany  
3M Дойчланд ГмбХ, Хелс Кеа Бізнес  
Карл-Шурц Штрассе 1, 41453, Нойс, Німеччина

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ЗМ Україна", вулиця Амосова, 12, 03038, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 33405034, Телефон: 38044 490 57 77

Класифікація згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р

Клас I



Процедура оцінки відповідності:

Додаток 8 "Порядок внутрішнього контролю виробництва медичних виробів"

3M Deutschland GmbH, Health Care Business декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013 р.

Термін дії декларації: дійсна до 26 травня 2024 року

Місце видачі:

Київ

Дата підпису:

17-08-2020

Підпис уповноваженої особи

Генеральний директор ТОВ «ЗМ Україна»  
О.В. Ткаченко

