

SIA TONUS ELAST

№ 01-000000262768

«Pilskabalv Nicas» s.p.a., Nicas ievs, 27-3473, Latvija

Tel: +371 67 34 34 32, Faks: +371 67 34 34 30, E-pasts: sylvia@tonus.com.lv

E-pasts: tonus@tonus.com.lv



TONUS ELAST

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Чулки медицинские эластичные компрессионные,
универсальные, без мыска, лечебные,
модель ELAST 0403 LUX**

2018 год 26 февраля

№ партии	02.2018
Дата выпуска	Февраль, 2018 года
Состав сырья, %	Полиамид – 80 Лайкра – 20

Наименование показателей	Норма по нормативно-техническому документу	Результаты испытаний
Типоразмеры	2 – 5, 1,2 роста	
Проверка внешнего вида готового изделия	образец-эталон	соответствует
Определение эксплуатационных характеристик. Усадка после стирки.	не более 20%	10 %
Определение эксплуатационных характеристик. Остаточная деформация до и после стирки.	не более 10 %	5 %
Проверка устойчивости к санитарно-гигиенической обработке	не менее 30	> 30
Растяжимость по длине, %	Не менее 120	178
Разрывная нагрузка, кгс	Не менее 9	24
Компрессия, мм рт.ст.	II	23-32

Заключение: изделие соответствует требованиям технических условий ТУ LR 210301165-01-2004.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев при условии проведения не более 30 циклов санитарно-гигиенической обработки.

Технолог вязального производства



26. Вер. W 1160 29.03.18
W 1156