

ТОВ "Допомога – І"

www.dopomoga1.com

e-mail:

medicare@dopomoga1.com



Контактний номер:

Офіс - 380 44 463 77 75

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Виріб: Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (стерильні, не текстуровані, з пудрою)
Розмір: S
Виробник: ТОВ «ДОПОМОГА-І»
Код партії: 0423 1
Дата виробництва: 2023.04
Термін придатності: 2028.04
Метод стерилізації: окис етилену

Технічні вимоги Основні параметри та розміри	Результати перевірки
Перевірка розміру	S
Перевірка злипаємості	Долонна і тильна поверхні відділяються
Довжина (мм), мінімум 240	240
Ширина долоні (мм), 80 ± 10	80
Матеріал	Натуральний латекс
Товщина (в зоні долоні) (мм), 0,09 ± 0,03	0,09
Товщина (в зоні пальців) (мм), 0,11 ± 0,03	0,11
Перевірка форми та зовнішнього виду: відсутність напливів, складок, потьоків, сторонніх включень	Відсутні
Наявність пудри	З пудрою
Перевірка комплектності	П'ятипалі, безшовні. Однакові для обох рук. Одного розміру
Стерильність	Стерильно
Термін зберігання	5 років
Додаткова інформація	Лише для одноразового використання; Повторне використання виробу може стати причиною інфікування

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам стандарту EN455-1; EN455-2; EN455-3; EN455-4

Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№2-Д

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Директор Лариса РОМАНОВА

Дата видачі сертифікату: 18.04.2023



Ф 4.2.3-1 ред_1

Вх. ам 2072

Відг 28.07.2023

Делл