

*Handwritten mark*

**Ansell**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ				
НАЗВА ПРОДУКТУ	MEDI-GRIP® PF, Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри	Серія:	2210521904	
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ	Дата виробництва:	2022-10-14	
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА	Термін придатності	2025-10-14	
Характеристики	Специфікації	Середнє значення	Мінімум	Максимум
Фізичне вимірювання	S-2 AQL 4.0			
Мінімальна довжина, мм				
5.5	≥ 250	-	-	-
6.0	≥ 260	-	-	-
6.5	≥ 260	286	286	286
7.0	≥ 270	296	294	301
7.5	≥ 270	294	284	294
8.0	≥ 270	290	286	291
8.5	≥ 280	290	290	290
9.0	≥ 280	-	-	-
9.5	≥ 280	-	-	-
Ширина долоні, мм				
5.5	68-76	-	-	-
6.0	72-82	-	-	-
6.5	78-88	85	84	85
7.0	84-94	90	90	90
7.5	90-100	95	94	95
8.0	96-108	102	102	102
8.5	102-114	110	110	110
9.0	108-120	-	-	-
9.5	115-127	-	-	-
Товщина, мм				
S-2 AQL 4.0 (одинарна стінка)				
Палець	0.130 (мінімум)	0.236	0.226	0.240
Долоня	0.130 (мінімум)	0.221	0.211	0.225
Манжета	0.130 - 0.300	0.247	0.231	0.260
Фізичні властивості	Середнє значення			
Перед прискореним старінням				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		23.8 N	
Після прискореного старіння				
Зусилля на розрив	≥ 9 N (середнє значення)		22.5 N	

План вибірки: G1 AQL: 0.65

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000ML)

ДАТА ТЕСТУВАННЯ	РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИЙНЯТО/ВІДХИЛЕНО
26/10/2022	6.5/7.0/7.5/8.0/8.5	315	5	6	3	ПРИЙНЯТО

Номер документу - EX-S8-5-AF-B

СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ COBALT-60

Мінімальна доза: 25,00 кГр

\* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис):

Затверджено (підпис):

Дата: 2022/10/28


Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Переглянуто та затверджено:

Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис):

Дата: 08/12/2022

\* Додатковий витяг порекладу



*Handwritten text:* Ex. an. № 1245 від 23.03.23 Кривий

Ansell N.P. Sdn. Bhd. (159/19-W)

Lot 80  
Kawasan Perindustrian Air Keroh  
75450 Melaka  
Malaysia

T +606 232 8111  
F +606 232 6800  
www.ansell.com


**Ansell**

**Декларация про відповідність**  
**Declaration of conformity**

Медицинський виріб: <i>Medical device:</i>	Хірургічні рукавички, стерильні <i>Surgical gloves, Sterile</i>
Перелік виробів: <i>List of products:</i>	Див. додаток 1 до цієї декларації <i>See Annex 1 to the Declaration</i>
Виробник: <i>Manufacturer:</i>	Ansell N.P. Sdn Bhd Lot 80, Air Keroh, Industrial Estate, 75450 Melaka, Malaysia
Виробничі дільниці: <i>Manufacturing sites:</i>	Ansell N.P. Sdn Bhd Lot 80, Air Keroh, Industrial Estate, 75450 Melaka, Malaysia
Уповноважений представник: <i>Authorized representative:</i>	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 1/2, Україна; ЄДРПОУ 35670402 <i>LLC "KALINA BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY", legal address: 1/2 Kostyantynivska str. Kyiv 04071 Ukraine, USREOU 35670402</i>
Класифікація: <i>Classification:</i>	Клас ІІа (Пункти 14 та 15, Додаток 2, Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого ПКМУ №753) <i>Class IIa (Clauses 14 and 15, of technical regulation on medical devices, approved by DCMU №753)</i>
Стерильність: <i>Sterility:</i>	Стерильні <i>Sterile</i>
Процедура оцінки відповідності: <i>Conformity Assessment Route:</i>	Додаток 3, виключаючи розділ Перевірка проекту медичного виробу, Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого ПКМУ №753 <i>Annex 3, excluding product design examination, of technical regulation on medical devices, approved by DCMU №753</i>
Сертифікат: <i>Certificate:</i>	Сертифікат відповідності № PR.030-16, дата реєстрації від «03» червня 2016р, дієний до «02» червня 2021р <i>Certificate of compliance № PR.030-16, from June 3<sup>rd</sup>, 2016 valid till June 2<sup>nd</sup> 2021</i>
Призначений орган з оцінки відповідності та його ідентифікаційний код: <i>Appointed conformity assessment body with its identification number:</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Науковий Інститут Сертифікації» <i>Limited Liability Company "Ukrainian Scientific Institute Of Certification"</i> LLC «Uni-Cert» UA.TR.116
Компанія Ansell N.P. Sdn Bhd декларує виконання основних вимог до виробу(ів) зазначеного(их) вище, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 року. <i>Ansell N.P. Sdn Bhd declares that abovementioned device(s) complies(y) with the requirements set forth in Annex 1 of technical regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.</i>	

Місце видачі: Малакка, Малайзія  
*Place of issue: Melaka, Malaysia*

Дата підпису: 25 липня 2016  
*Date of signing: 25 July 2016*



25/07/2016 / ASSOC. DIRECTOR QARA, GOBU DEVARAJAN


Підпис уповноваженої особи:  
*Signature of the Authorized person:*

Назва посади, ІПБ:  
*Position, Full Name:* ANSELL N.P. SDN. BHD.  
LOT 80, AIR KEROH INDUSTRIAL ESTATE

Дата: 25 липня 2016  
*Date: 25 July 2016*

Номер № D.030-16  
*Number № D.030-16*

Редакція: 1  
*Version: 1*



**Декларація про відповідність**  
*Declaration of conformity*

**Додаток 1**  
*Annex 1*

Назва медичного виробу англійською мовою <i>Name of medical device in English</i>	Назва медичного виробу українською мовою <i>Name of medical device in Ukrainian</i>	Розмір <i>Size</i>
GAMMEX <sup>®</sup> Latex, Latex surgical gloves - powder-free	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Latex	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		9.5
GAMMEX <sup>®</sup> Latex HyGrip <sup>™</sup> , Latex surgical gloves - powder-free	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Latex HyGrip <sup>™</sup>	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		9.5
GAMMEX <sup>®</sup> Latex Underglove, Latex surgical gloves - powder-free with moisturizer	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри із зволожувачем, GAMMEX <sup>®</sup> Latex Underglove	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		9.5
GAMMEX <sup>®</sup> Latex Micro, Latex surgical gloves - powder-free	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Latex Micro	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		9.5



Місце: Малакка, Малайзія  
*Issue: Melaka, Malaysia*

Дата підпису: 25 липня 2016  
*Date of signing: 25 July 2016*

Підпис уповноваженої особи:  
*Signature of the Authorized person:*

Назва посади, ПІБ: ASSOC. DIRECTOR QARA, GOBU DEVARAJAN  
*Position, Full Name: ANSELL N.P. SDN. BHD. LOT 80 AIR KEROH IND ESTATE 75450 MELAKA 159719-W*

Дата: 25 липня 2016 <i>Date: 25 July 2016</i>	Номер № D.030-16 <i>Number № D.030-16</i>	Редакція: 1 <i>Version: 1</i>	Сторінка 2 із 4 <i>Page 2 of 4</i>
--	--	----------------------------------	---------------------------------------

GAMMEX <sup>®</sup> Latex Sensitive, Latex surgical gloves - powder-free	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Latex Sensitive	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
GAMMEX <sup>®</sup> Latex Moisturizing, Latex surgical gloves - powder-free with moisturizer	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри із зволожувачем, GAMMEX <sup>®</sup> Latex Moisturizing	9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
GAMMEX <sup>®</sup> Latex Powdered, Latex surgical gloves – powdered	Латексні хірургічні рукавички стерильні – опудрені, GAMMEX <sup>®</sup> Latex Powdered	8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex, Neoprene surgical gloves – powder-free	Неопренові хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex	8.0
		8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex PI, Polyisoprene surgical gloves – powder-free	Поліізопренові хірургічні рукавички стерильні – без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex PI	7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5



Місце: Малакка, Малайзія  
Issue: Melaka, Malaysia

Дата підпису: 25 липня 2016  
Date of signing: 25 July 2016

*[Handwritten Signature]*  
Підпис уповноваженої особи:  
Signature of the Authorized person:


ASSOC. DIRECTOR QARA, GOBU DEVARAJAN  
Назва посади, ПІБ: ANSELL N.P. SDN. BHD.  
Position, Full Name: LOT 80 AIR KEROH IND ESTATE  
75450 MELAKA  
159719-W

Дата: 25 липня 2016 Date: 25 July 2016	Номер № D.030-16 Number № D.030-16	Редакція: 1 Version: 1	Сторінка 3 із 4 Page 3 of 4
---	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex PI Micro, Polyisoprene surgical gloves – powder free	Поліізопренові хірургічні рукавички стерильні - без пудри, GAMMEX <sup>®</sup> Non-Latex PI Micro	5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
		8.5
ENCORE <sup>®</sup> Non-Latex PI Hybrid, Polyisoprene and Neoprene surgical gloves – powder free	Поліізопреново-неопренові хірургічні рукавички стерильні - без пудри, ENCORE <sup>®</sup> Non-Latex PI Hybrid	9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
		8.0
ENCORE <sup>®</sup> Non-Latex PI Textured, Polyisoprene surgical gloves – powder free	Поліізопренові хірургічні рукавички стерильні – без пудри, ENCORE <sup>®</sup> Non-Latex PI Textured	8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
		7.5
MEDI-GRIP <sup>®</sup> Non-Latex, Neoprene surgical gloves – powder free	Неопренові хірургічні рукавички стерильні – без пудри, MEDI-GRIP <sup>®</sup> Non-Latex	8.0
		8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5
		7.0
MEDI-GRIP <sup>®</sup> PF, Latex surgical gloves - powder-free	Латексні хірургічні рукавички стерильні – без пудри, MEDI-GRIP <sup>®</sup> PF	7.5
		8.0
		8.5
		9.0
		5.5
		6.0
		6.5

Місце видачі: Малакка, Малайзія  
Place of issue: Melaka, Malaysia

Дата підпису: 25 липня 2016  
Date of signing: 25 July 2016

  
Підпис уповноваженої особи:  
Signature of the Authorized person:

25/07/2016 / ASSOC. DIRECTOR QARA, GOBU DEVARAJAN  
Назва посади, ПІБ: ANSELL N.P. SDN. BHD.  
Position, Full Name: LOT 80 AIR KEROH IND ESTATE  
75450 MELAKA  
159719-W

Дата: 25 липня 2016 Date: 25 July 2016	Номер № D.030-16 Number № D.030-16	Сторінка 4 із 4 Page 4 of 4
---	---------------------------------------	--------------------------------



«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕРТИФІКАЦІЇ»  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, офіс 40  
UA.TR.116



Uni  
CERT

# СЕРТИФІКАТ

Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Ansell N.P. Sdn. Bhd.  
Lot 80, Air Keroh Industrial Estate 75450 Melaka Malaysia

Уповноважений представник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛІНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ»  
04071, м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 1-2, Україна

Вироби / Група виробів: Стерильні хірургічні рукавички

Цей спеціальний орган зовнішнього аудиту Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) заявляє, що вказаний виробник запровадив систему управління якістю щодо процесів розроблення, виробництва та остаточного контролю стосовно вказаних виробів у відповідності до пунктів 3-7 додатку 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатку 3 ТР. Для реалізації функцій Пеллау ризику додавок має бути наявний сертифікат перевірки проекту за пунктами 8-11 додатку 3 ТР.

Підстава для видачі:  
звіт № PR.023.6-16 від 02.06.16,  
рішення № PR.023.7-16 від 03.06.16.

Сертифікат № PR.030-16  
Дійсний до «2» червня 2017 р.  
Видалий № 10 Сертифікаційний 103.06.2016  
Дата реєстрації «03» червня 2016 р.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Д. О. Баластрійє



10302  
ISO/IEC 17065



80103  
ISO/IEC 17021

