


A STATE ENTERPRISE EXPERIMENTAL  
PLANT OF MEDICAL PREPARATIONS  
OF IBOPC OF NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF UKRAINE



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ  
ЗАВОД МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ  
ІБОНХ НАН УКРАЇНИ»

Str. Orositelna, 15-A, KIEV, UKRAINE, 02099, phone (+380 44) 566-99-68; 566-92-62  
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15-А, тел.: (044) 566-99-68; 566-92-62, e-mail: dpezmp-zbit@ukr.net, dpezmplab@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 01527703, Рахунок (IBAN): UA063052990000026001025006177 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2

### ЙОД

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %, 20 мл  
Реєстраційне посвідчення № UA/18516/01/01 від 29.12.2020 р. № 3072  
Ліцензія серія АВ № 578989. Свідоцтво про атестацію ВЛ №447 від 17.03.2020 р.

Номер серії 010422  
Кількість продукції в серії 19 802 фл.  
Дата випуску продукції 22.04.2022 р.  
Термін придатності до IV - 2025  
Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці.  
Аналізи проведені за вимогами МКЯ.

№ з/п	Показники	Вимоги МКЯ	Результати аналізу
1	Опис	Рідина червоно-бурого кольору, прозора у тонкому шарі з характерним запахом.	Відповідає
2	Ідентифікація: йод	А. Синьо-фіолетове забарвлення розчину після додавання розчину крохмалю, вільного від йодидів	Відповідає
	калій	В. Реакція (а) на калій	Відповідає
	йодиди	С. Реакція (b) на йодиди	Відповідає
	етанол	Д. Запах йодоформу та поява каламуті після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного	Відповідає
3	ВИПРОБУВАННЯ:		
	Вміст етанолу	Від 46 % до 52 % (об/об)	49,31
	Об'єм вмісту контейнера	Не менше номінального	Відповідає
4	КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ:		
	Йод	Від 47,5 мг/мл до 52,5 мг/мл	49,94
	Калію йодид	Від 19,0 мг/мл до 21,0 мг/мл	19,35
5	Упаковка	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає
6	Маркування	Відповідає вимогам МКЯ	Відповідає

Препарат виготовлений у повному обсязі на підприємстві.

Висновок: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/18516/01/01.

**Заява про сертифікацію:** Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною.

Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній ділянці у повній відповідності з вимогами до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє.

Протоколи виробництва та аналізів відповідають Ліцензійним умовам.

Директор з якості



Генеральний директор

Дозвільний орган

Уповноважена особа



ВІДПОВІДАЄ  
ВІМІРЮВАЛЬНА  
ЛАБОРАТОРІЯ  
ПЕРЕВІРЕНО



Вікторія ТКАЧУК

Валерій ГОЛІКОВ

Анна ЛАЗАРЄВА

Дата оформлення сертифіката: 25.04.2022

**КОПІЯ**

Вх. ам. 0194 б, 140522