



**АЛЬПИНА  
ПЛАСТ**

*Здоровье - это красиво!*

57

Паспорт качества № 39/0719

«Таблетница ПИЛЮЛЯ на 1 день» по ТУ 9398-019-17707123-2014

Маркировка, № партии на упаковке (LOT): 021


Количество: 900 шт.

Дата изготовления: 07/19

ТУ 9398-019-17707123-2014

№ п/п	Наименования показателей	Норма	Факт
<u>Технические характеристики</u>			
1.	Проверка внешнего вида и качества поверхности	Изделие должно быть без внешних дефектов: открытых пузырей, вздутий, трещин, раковин, заусенцев. Изделие не должно иметь острых кромок.	Соответств.
2.	Проверка устойчивости к дезинфекции	Изделие должно быть устойчиво к пятикратному кипячению в дистиллированной воде в течение (30±5) минут.	Соответств.
3.	Проверка надежности запираания замков	Изделие должно выдерживать до 10 открываний/закрываний. Замок должен удерживать крышку в закрытом состоянии.	Соответств.
4.	Проверка отсутствия постороннего запаха	Запах воды с изделиями после проведения испытания не должен отличаться от запаха в контрольном образце.	Соответств.
5.	Проверка комплектности, маркировки и упаковки	Комплектность и маркировка и упаковка должны соответствовать комплекту документации на изделие	Соответств.

Заключение: Таблетница ПИЛЮЛЯ на 1 день соответствуют требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014  
Гарантийный срок годности — 3 года со дня изготовления



Технический контроль: \_\_\_\_\_ Калинина О.А.

Дата заполнения: 12 июля 2019 г.



ООО «Альпина Пласт» ИНН 7724231164 КПП 502001001  
141603 МО, Клинский р-он., г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.103  
Р/с 40702810700000182561 в Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)  
К/с 30101810345250000745 БИК 044525745

www.alpina-plast.ru  
info@alpina-plast.ru  
Т.: +7(495)787 93 66  
+7(495)181 50 42/43

*Вс ам в 0933 Всп 01.10.19*