

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№19-03/2016-IGAR від "05" липня 2021 року
(редакція 8)

Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR", код ЄДРПОУ 19243202,
в особі директора Билова Владислава Георгійовича, підтверджує, що медичний виріб

Хірургічні пов'язки торгової марки IGAR

Клас безпеки: I (стерильний)

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва: Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
(Виробничі потужності) Hexi Baiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

модифікації медичного виробу наведені в Додатку №1 до даної Декларації про відповідність

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753,

а також:

ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) "Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання";

ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) "Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком";

ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 (EN ISO 10993-1:2009, IDT; ISO 10993-1:2009, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками";

ДСТУ ISO 10993-4:2004 "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 4. Обирання випробувань на взаємодію з кров'ю" (ISO 10993-4:1992, IDT);

ДСТУ EN ISO 10993-5:2015 (EN ISO 10993-5:2009, IDT; ISO 10993-5:2009, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 5. Випробування на цитотоксичність in vitro";

ДСТУ EN ISO 10993-7:2015 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації етиленоксидом";


ДСТУ ISO 15223-1:2015 "Засоби ветеринарної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування й обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 15223-1:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 1041:2015 (EN ISO 1041:2008+A1:2013, IDT) "Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник";

ДСТУ EN ISO 11607-1:2015 (EN ISO 11607-1:2009, IDT; ISO 11607-1:2006, IDT) "Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних бар'єрних і пакувальних систем";

ДСТУ EN ISO 11607-2:2015 (EN ISO 11607-2:2009, IDT; ISO 11607-2:2006, IDT) "Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 2. Додаткові вимоги";

ДСТУ EN ISO 11737-1:2015 (EN ISO 11737-1:2006, IDT; ISO 11737-1:2006, IDT) "Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробі";



ДСТУ 4659-1:2006 "Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 14155-1:2003, MOD);

ДСТУ 4659-2:2006 "Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 2. Плани клінічного дослідження" (ISO 14155-2:2003, MOD);

ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 (EN ISO 11135-1:2007, IDT; ISO 11135-1:2007, IDT) "Стерилізація виробів медичного призначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів";

ДСТУ EN 1422:2015 (EN 1422:1997+A1:2009, IDT) "Стерилізатори для медичних цілей. Стерилізатори оксидом етилену. Вимоги та методи випробовувань".

На підставі:

Оцінки та схвалення функціонування комплексної системи управління якістю згідно з Додатком 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Сертифікат відповідності на продукцію № UA 101 MD 3.0499-21.00, виданий органом з оцінки відповідності Державного українського об'єднання "ПОСПЕХМЕД" (UA.18.101), дійсний до "04" липня 2026 року.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ "ГАР", що відповідає за введення медичного виробу в обіг для застосування в медичній практиці.

Технічна документація для цілей підтвердження відповідності зберігається за адресою:
вул. Металістів, 20, м. Київ, Україна, 03057


Декларація чинна до: "04" липня 2026 року.

Директор

М.П.

В.Г. Биков





Додаток №1
до Декларації про відповідність

ДОДАТОК

до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №19-03/2016-IGAR від "05" липня 2021 року (редакція 3)

Хірургічні пов'язки торгової марки IGAR

Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,

(Виробничі потужності) Nехі Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China


№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
13.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 10,0 x 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 x 9,0 см
14.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 15,0 x 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 x 9,0 см
15.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 20,0 x 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 20,0 x 9,0 см
16.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 25,0 x 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 25,0 x 9,0 см
17.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 30,0 x 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 30,0 x 9,0 см
18.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 5,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 5,0 x 10,0 см
19.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 10,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 x 10,0 см
20.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 20,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 20,0 x 10,0 см
21.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 25,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 25,0 x 10,0 см
22.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 30,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 30,0 x 10,0 см
23.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 15,0 x 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 x 10,0 см
24.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 15,0 x 15,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 x 15,0 см


Директор

М.П.

В.Г. Билоє

Сторінка 2 з 2





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПОЛІТЕХМЕД»

Орган з оцінки відповідності

Ministry of Health of Ukraine

UKRAINIAN STATE ASSOCIATION «POLITEKHA»

Conformity assessment body

U.A.TR. 101

№ 082022

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Certificate of Conformity

№ UA.101.MD.3.0499-21.00

Дата реєстрації 05.07.2021 р.

Термін дії до 04.07.2026 р.

Продукція
Production

Медицинські вироби торгової марки IGAR:

Термометри медичні (максимальні скляні, електронні, електронні з звуковим повідомленням висловленням, інфрачервоні зухні, інфрачервоні безконтактні), заборювачі артеріального тиску (цифрові автоматичні, механічні, ручні) медичні окуляри стерильні (пластикові, іризовані), рукавички медичні хірургічні латексні артеуретні та неартеуретні стерильні KNITGLOVES, кластери бактеріцидні, хірургічні пов'язки, стрічки для заклеювання країв ран стерильні, скарифікатор сталевий стерильний, катетери Фолея стерильні, катетери для ін'єкцій тиску металеві стерильні, катетери внутрішньочеревні стерильні, заглушки стерильні, трикутний стерильний край медичний одноразовий стерильний, шпатель ін'єкційний одноразового використання стерильний, пристрій для заливання кровозамінника та інфузійних розчинів ІІІ, стерильний, пристрій для переливання крові, кровозамінника та інфузійних розчинів ІІІ, стерильний, леза до скальпелів хірургічних стерильні, хірургічні скальпелі одноразового використання стерильні, шовний матеріал хірургічний стерильний

Перелік продукції наведеної в Додатку до сертифікату відповідності

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту щодо медичних виробів затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 753

Виробник
Producer (s)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»
 вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, 01103, Україна, код ЄДРПОУ 19243302

Місце виробництва
Place of production

Наведено в Додатку до сертифікату відповідності

Сертифікат виданий
Certificate is issued by

Органом з оцінки відповідності Державного українського об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД» (ООБ «ДЮО «ПОЛІТЕХМЕД»)

На підставі
On the grounds of

Оцінки та схвалення функціонування комплексної системи управління якістю згідно з Додатком 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів № 753, Рішення щодо надання сертифікації від 05.07.2021 р.

Нагляд за схваленною системою управління якістю здійснюється з періодичністю, яка регламентується програмою нагляду.

Р. Карганець

Генеральний директор
 ДЮО «ПОЛІТЕХМЕД»
 Керівник Органу з оцінки відповідності
 ДЮО «ПОЛІТЕХМЕД»



№ 10174

Орган з оцінки відповідності ДЮО «ПОЛІТЕХМЕД», вул. І. Миком, 10, м. Київ, 01103, Україна, ЄДРПОУ 14282233. Тел: +380(044) 487-0407

Єдиного державного номеру U.A.TR. 101

Адреса: про звернення: Національний центр сертифікації України № 10174

Сайт: центр сертифікації відповідності органів державної влади України в Росії: <http://www.politekha.ua>



Орган з питань ліцензування Державного українського об'єднання «НОЇТЕХМЕД»
(ООБ «ДІВО «НОЇТЕХМЕД»)
ЕА.ІР. 101



до сертифікату ліцензування № UA.101.MD.3.0499-21.00

Дата перетрації 05.07.2021 р.

Термін дії до 04.07.2026 р.

Архив 1 з 5

Місце виробництва:

Wuxi HongGuang Medical Equipment Co., Ltd.

№ 21, Xixin Road, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194, China

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd.

Building 2, 1# Fuzhou Nan RD Wuchang Town, Yuhang District 310023 Hangzhou, Zhejiang, China

Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.

№ 42 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194, China

Anhui Anyu Latex Products Co., Ltd.

№ 95 Yuhe Road 233010 Bengbu, Anhui, People's Republic of China

Tianchang Hengsheng Medical Devices Co., Ltd.

Qinlan Industrial Park 239341 Tianchang City, Anhui Province, People's Republic of China

Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.

Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Huailian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.

№ 106, East Songjiang Road, Huaiyin Economic & Technological Development Zone, 223002, Huailian City, Jiangsu, China

Nantong Angel Medical Instruments Co., Ltd.

Fusheng Road, Xiayuan Town, 226543 Nantong, People's Republic of China

Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd.

№ 2, Guanyin Road, Economic Development Zone, Taihu County 246400 Anqing, Anhui, People's Republic of China

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

Zhenglu Town, Tianning 213111 Jiangsu, China

Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd.

№ 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huailian, China

Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.,

110-111, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122 015, India





Орган з оцінки відповідності Державного українського об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД»

(ООБ «ІГО «ПОЛІТЕХМЕД»)

U.A.TR. 101

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0499-21.00

Дата реєстрації 05.07.2021 р.

Термін дії до 04.07.2026 р.

Аркуш 2 з 5

Назва продукції

Клас I стерильний

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
1.	Medical latex examination sterile gloves trade mark IGAR	Рукavicьки медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR
2.	Medical nitrile examination sterile gloves trade mark IGAR	Рукavicьки медичні нітрилові оглядові стерильні торгової марки IGAR
3.	Bactericidal plasters trade mark IGAR, sterile	Пластиви бактерицидні торгової марки IGAR, стерильні
4.	Surgical dressings trade mark IGAR, sterile	Хірургічні пов'язки торгової марки IGAR, стерильні
5.	Wound skin closure strips trade mark IGAR, sterile	Стрічки для зведення країв рани торгової марки IGAR, стерильні

Клас I з функцією вимірювання

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
6.	Medical maximal glass thermometer trade mark IGAR	Термометр медичний максимальний скляний торгової марки IGAR
7.	Ancroid sphygmomanometers trade mark IGAR	Вимірювачі артеріального тиску механічні торгової марки IGAR
8.	Ancroid sphygmomanometers with stethoscope trade mark IGAR	Вимірювачі артеріального тиску механічні зі стетоскопом торгової марки IGAR

Клас IIa

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
9.	Digital Blood Pressure Monitors trade mark IGAR	Вимірювачі артеріального тиску цифрові автоматичні торгової марки IGAR
10.	Medical digital thermometers trade mark IGAR	Термометри медичні електронні торгової марки IGAR
11.	Medical digital thermometers with flexible measuring tip trade mark IGAR	Термометри медичні електронні з гнучким вимірювальним наконечником торгової марки IGAR
12.	Medical infrared ear thermometer trade mark IGAR	Термометри медичні інфрачервоні вушні торгової марки IGAR
13.	Medical infrared non-contact thermometers trade mark IGAR	Термометри медичні інфрачервоні безконтактні торгової марки IGAR
14.	Medical latex surgical procedure sterile gloves RIVERGLOVES trade mark IGAR	Рукavicьки медичні латексні хірургічні стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR





Орган з питань відповідності Державного українського об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД»

(ООБ «ДЮО «ПОЛІТЕХМЕД»)

UA.TR.101

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № UA 101.MD 3.0499-21.00

Дата пересправії 05.07.2021 р.

Термін дії до 04.07.2026 р.

Аркуш 4 з 5

trade mark IGAR	одноразового використання торгової марки IGAR
-----------------	---

Клас IIb

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
34.	Silk natural surgical sterile trade mark IGAR with or without needle	Шовк натуральний хірургічний стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
35.	Nylon synthetic surgical sterile trade mark IGAR with or without needle	Нейлон синтетичний хірургічний стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
36.	Polypropylene synthetic surgical sterile trade mark IGAR with or without needle	Поліпропілен синтетичний хірургічний стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
37.	Polyester synthetic surgical sterile trade mark IGAR with or without needle	Поліестер синтетичний хірургічний стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
38.	Stainless steel wire, non-absorbable surgical material trade mark IGAR with or without needle	Сталевий дріт синтетичний шовний матеріал, що не розсмоктується, торгової марки IGAR з голкою або без голки

Клас III

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
39.	Catgut plain sterile trade mark IGAR with or without needle	Кетгут звичайний стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
40.	Catgut chromic sterile trade mark IGAR with or without needle	Кетгут хромований стерильний торгової марки IGAR з голкою або без голки
41.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PGA)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PGA)
42.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PGAR)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PGAR)
43.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PGLA)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PGLA)
44.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PGLAR)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PGLAR)
45.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PDS)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PDS)



46

47

Ге
Д
К

Україна
М. Київ
Служба технічного регулювання



Орган з оцінки відповідності Державного українського об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД»
(СОВ - ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»)
UA.TR. 101

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0499-21.00

Дата реєстрації 05.07.2021 р.


Термін дії до 04.07.2026 р.

Аркуш 5 з 5

46.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (PGCL)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (PGCL)
47.	Surgical absorbable suture Synthil trade mark IGAR with or without needle (MO)	Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR з голкою або без голки (MO)


Генеральний директор
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»
Керівник Органу з оцінки відповідності

М.П.



Р. Каргачев







УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 12056/2012

Медичний виріб

Пластирі бактерицидні IGAR

назва медичного виробу, тип, вид, марка тощо

I

клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер згідно з каталогом

Виробник

CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва

що відповідає реєстраційним матеріалам, згідно з наказом Державної служби України з лікарських засобів від 09.11.2012 р. № 952 внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволений для застосування на території України.

Строк дії свідоцтва необмежений

Перший заступник Голови

МП

І.Б. Демченко





ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№19-03/2016-IGAR від "20" березня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР", код ЄДРПОУ 19243202,
в особі директора Бикова Владислава Георгійовича, підтверджує, що медичний виріб

Хірургічні пластирні пов'язки торгової марки IGAR

Клас безпеки: I

Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
(Виробничі потужності) Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

модифікації медичного виробу наведені в Додатку №1 до даної Декларації про відповідність

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753,

а також:

ДСТУ EN ISO 13485:2015 (EN ISO 13485:2012, IDT; ISO 13485:2003, IDT) "Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання";

ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) "Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком";

ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 (EN ISO 10993-1:2009, IDT; ISO 10993-1:2009, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками";

ДСТУ ISO 10993-4:2004 "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 4. Обирання випробувань на взаємодію з кров'ю" (ISO 10993-4:1992, IDT);

ДСТУ EN ISO 10993-5:2015 (EN ISO 10993-5:2009, IDT; ISO 10993-5:2009, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 5. Випробування на цитотоксичність in vitro";

ДСТУ EN ISO 10993-7:2015 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації етиленоксидом";


ДСТУ ISO 15223-1:2015 "Засоби ветеринарної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування й обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 15223-1:2007, IDT);

ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+A1:2013, IDT) "Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник";

ДСТУ EN ISO 11607-1:2015 (EN ISO 11607-1:2009, IDT; ISO 11607-1:2006, IDT) "Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних бар'єрних і пакувальних систем";

ДСТУ EN ISO 11607-2:2015 (EN ISO 11607-2:2009, IDT; ISO 11607-2:2006, IDT) "Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 2. Валідаційні вимоги";

ДСТУ EN ISO 11737-1:2015 (EN ISO 11737-1:2006, IDT; ISO 11737-1:2006, IDT) "Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Методи стерилізації мікроорганізмів на виробках";



ДСТУ 4659-1:2006 "Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 14155-1:2003, MOD);

ДСТУ 4659-2:2006 "Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 2. Плани клінічного дослідження" (ISO 14155-2:2003, MOD);

ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 (EN ISO 11135-1:2007, IDT; ISO 11135-1:2007, IDT) "Стерилізація виробів медичного призначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів";

ДСТУ EN 1422:2015 (EN 1422:1997+A1:2009, IDT) "Стерилізатори для медичних цілей. Стерилізатори оксидом етилену. Вимоги та методи випробовувань".

Процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом щодо медичних виробів, додаток №3: забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (за винятком перевірки проекту).

Сертифікат відповідності на продукцію №UA.TR.067.2.47-16, виданий органом сертифікації Державним підприємством "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ України: провулок Хоткевича Гната, 2А, м. Київ, 02094, Україна, дійсний до "06" липня 2021 року.


Сертифікат на систему управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 13485:2005 №UA.1.15-14, виданий органом сертифікації Державним підприємством "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ України: провулок Хоткевича Гната, 2А, м. Київ, 02094, Україна, дійсний до "23" липня 2017 року.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ "ІГАР", що відповідає за введення медичного виробу в обіг для застосування в медичній практиці.

Технічна документація для цілей підтвердження відповідності зберігається за адресою:
вул. Металістів, 20, м. Київ, Україна, 03057

Декларація чинна до: "20" березня 2022 року.

Директор



В.Г. Биков



ДОДАТОК

до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №19-03/2016-IGAR від "20" березня 2017 року

Хірургічні пластирні пов'язки торгової марки IGAR


Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності) Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
1.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 10,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 10,0 × 9,0 см
2.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 15,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 15,0 × 9,0 см
3.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 20,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 20,0 × 9,0 см
4.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 25,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 25,0 × 9,0 см
5.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 30,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 30,0 × 9,0 см
6.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 6,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 6,0 × 10,0 см
7.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 10,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 10,0 × 10,0 см
8.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 15,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 15,0 × 10,0 см
9.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 20,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 20,0 × 10,0 см
10.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 25,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 25,0 × 10,0 см
11.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 30,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 30,0 × 10,0 см
12.	Surgical dressing trade mark IGAR Lightpore type (spunlace base) 15,0 × 15,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Лайтпор (на основі спанлейс) 15,0 × 15,0 см

Директор



В.Г. Биков

Сторінка 1 з 2



ДОДАТОК

до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №19-03/2016-IGAR від "20" березня 2017 року

Хірургічні пластирні пов'язки торгової марки IGAR


Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва: Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
(Виробничі потужності) Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
13.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 10,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 × 9,0 см
14.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 15,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 × 9,0 см
15.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 20,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 20,0 × 9,0 см
16.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 25,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 25,0 × 9,0 см
17.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 30,0 × 9,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 30,0 × 9,0 см
18.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 6,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 6,0 × 10,0 см
19.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 10,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 × 10,0 см
21.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 20,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 20,0 × 10,0 см
22.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 25,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 25,0 × 10,0 см
23.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 30,0 × 10,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 30,0 × 10,0 см
24.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 10,0 × 15,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 × 15,0 см
25.	Surgical dressing trade mark IGAR Transparent type (polyurethane base) 15,0 × 15,0 cm	Хірургічна пов'язка торгової марки IGAR тип Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 × 15,0 см

Директор



В.Г. Биков

Сторінка 2 з 2





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ»
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ



**Сертифікат
 відповідності**



10188
 ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
 органу з оцінки відповідності

№ UA.TR.067.2.47-16

Строк дії

з 07 липня 2016 року до 06 липня 2021 року

Продукція

Пластирі бактерицидні стерильні торгової марки IGAR
 Перелік медичних виробів зазначений у Додатку № 1, що є невід'ємною
 частиною цього Сертифікату відповідності.

Відповідає вимогам

Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений
 Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753) – Додаток № 3:
 забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю
 (за винятком перевірки проекту).

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»
 вул. Кіквілзе, 18-А, м.Київ, 01103
 +380445853455

Місце виробництва

Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.
 Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City,
 Jiangsu Province, China
 Phone +049-10-2513175, Fax: /+049-10-255726
 Email: major011@czmajor.com

Додаткова інформація:

Сертифікат видано
 органом з оцінки
 відповідності

Державне підприємство «Державний медичний центр сертифікації»
 МОЗ України: провулок Хоткевича Гната, 2А, м. Київ, 02094, Україна.
 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
 20.05.2014р. № 579; номер призначеного органу UA.TR.067.


На підставі

рішення № 470В/79СУЯ

Директор



[Handwritten signature]



Круть


Ця інформація є конфіденційною за умови проведення щорічного наглядового аудиту
 Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності,
 що розміщена на www.dmcsc.com.ua або за телефоном: +38(044) 296-10-11



Перелік медичних виробів

№ з/п	Найменування медичних виробів	Клас медичного виробу
1.	2.	3.
1.	Пластирі бактерицидні торгової марки IGAR Стерильні	I
2.	Хірургічні пластирні пов'язки торгової марки IGAR Стерильні	I
3.	Стрічки для зведення країв рани торгової марки IGAR Стерильні	I

Директор



Додаток дійсний при наявності Сертифікату відповідності № UA-TR.067.2.47-16
з терміном дії від 07.07.2016 року до 06.07.2021 року