



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.04 2008р.

№ 05.03.02-04/ 44484

Засоби для аплікацій торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.52.19.990

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Бальнеологічні заклади, косметологічні салони, торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Т.В.К.Груп", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83., тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,
код ЄДРПОУ: 30264643

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Т.В.К.Груп", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83., тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,
код ЄДРПОУ: 30264643

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Засоби для аплікацій торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін можуть бути використані для застосування згідно призначення та способу, вказаному на етикетках за умови дотримання застережливих заходів та консультації відповідних спеціалістів. Реалізація продукції через бальнеологічні заклади, косметологічні салони, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для аплікацій торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 36 місяців від дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-30264643-007:2007 "Засоби для аплікацій на основі озокериту та парафіну"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2686 від 11.07.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Євтушенко О.І.



ДКПШ 24.52.19.990

УКНД 71.100.70




Директор ТОВ "Т.В.К. Груп"
А.Я.Пирогов
2015 р.

ЗМІНА № 2

ТУ У 24.5-30264643-007:2007

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ НА ОСНОВІ ОЗОКЕРИТУ ТА ПАРАФІНУ

Дата надання чинності з "___" ___ 2015 р.



РОЗРОБЛЕНО

Заст. директора

ТОВ "Т.В.К. Груп"

К.Є. Савіна

"09" 04 2015 г.



Титульний лист.

Замінити код «ДКПІ 24.52.19.990» на код «ДКПІ 20.42.19».

Термін дії ТУ викласти в новій редакції: «до 11.07.2025 р.»

Розділ 2, вилучити посилання на такі нормативні документи:

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила по охране территорий населенных мест

ДСП 201-97 Державні санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системы вентиляційні. Загальні вимоги

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.


ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Розділ 4.

Пункт 4.2, замінити «ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05, водою питною згідно з ГОСТ 2874» на «ДСТУ БА.3.2-12, ДБН В.2.5-67, водою питною згідно з ДСанПіН 2.2.4-171»; «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 4.8 вилучити.



Пункт 4.9, замінити «СанПиН 42-128-4690» на «Державних санітарних норма та правил утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р.»

Розділ 6.

Пункт 6.7, замінити «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

Лист 13 викласти в новій редакції:

«Аркуш затвердження змін»

Номер зміни	Номери сторінок				Усього сторінок після внесення змін	Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)	Підпис особи, що внесла зміни	Прізвище цієї особи і дата внесення зміни
	замінених	долучених	вилучених	змінених				

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО






Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: info@doctor-pirogov.com, www.doctor-pirogov.com



«ПАРАФІН»
Засіб для аплікацій
ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає

Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.

Дата виготовлення: 2019

Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.

Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008

Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007

