



ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія»  
«Марля Клуб Калита»

82

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,  
вул. Центральна, буд. 17, Україна  
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

## Паспорт

### Відріз медичний марлевий нестерильний тип 17

Розмір 1000см x90 см

Код партії/Lot: 001.2022.03.24

Дата виготовлення: 2022.03.24  
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії 2500 шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

### Результати випробувань

Номер п/п	Найменування показників		Вимоги по ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Результати вимірювання
1	Опис		Марлевий відріз складений рулончиком	відповідає
2	Довжина (см)		1000,0 ± 5,0	1000,0
3	Ширина (см)		90,0 ± 4,0	90,0
4	Розмір упаковки:	Довжина, (мм) Ширина, (мм)	не більше 240 не більше 70	200 58
5	Упаковка		згідно ТУ	відповідає
6	Маркування		згідно ТУ	відповідає

\* - за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності до: 2027.03.

Місце печатки:



Начальник ВТК: Товман Ю. М.  
(прізвище, підпис)



Вх ак № 1415 от 19.01.23

# Декларація про відповідність №33156937-7(1)

Виробник: ТОВ "Торгово-виробнича компанія "Марля Клуб "Калита",  
вул. Ванди Василевської, 27-29, м. Київ, 04116, Україна,  
код ЄДРПОУ 33156937,  
в особі директора Полосенко Сергія Федоровича тел. +38(044)222-85-16, +38(050)310-36-27  
e-mail: polokiev@ukr.net

(повне найменування виробника, місцезнаходження та коди згідно з ЄДРПОУ (за наявності))

(повне найменування уповноваженого представника, місцезнаходження та коди згідно з ЄДРПОУ (за наявності), посада, прізвище, ім'я та по-  
батькові виробника, уповноваженого представника, постачальника)

підтверджує, що медичні вироби вироби марлеві медичні нестерильні згідно з  
(повне найменування медичного

ТУ У 21.2-33156937-001:2015 (згідно додатку 668 найменувань), залежно від ступеню потенційного  
виробу, тип, марка, модель)

ризиків застосування відносяться до класу I згідно з критеріями класифікації медичних виробів  
неінвазивних згідно пунктів 9-12 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів,  
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №753 від 02 жовтня 2013 року

відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою  
(найменування та позначення технічної документації)

Кабінету міністрів України №753 від 02 жовтня 2013 року, ДСТУ EN 980:2007  
ДСТУ ISO 10993-1:2004, ДСТУ ISO 10993-5:2004, ДСТУ ISO 10993-15:2004

Технічна документація на медичні вироби розроблена.  
Технічна документація зберігається за адресою: вул. Центральна, 17, с. Центральне,  
Миронівський р-н, Київська обл., Україна, ТОВ "Торгово-виробнича компанія "Марля Клуб  
"Калита", тел. +38(044)222-85-16; +38(050)310-36-27.

Додаткові відомості протокол доклінічної експертизи "Наукового центру превентивної  
(номер протоколу,

токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя"  
дата його оформлення, найменування та місцезнаходження призначеного органу)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженого  
представника/постачальника.

Строк дії декларації про відповідність: 5 років.

Директор  
(посада)

(підпис)

Полосенко С.Ф.  
(ініціали та прізвище)



"11" липня 2017 року  
(дата)







