ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2-ДВ-5-2

Назва продукції	Виконання
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності, ТМ "Білосніжка"	8 см х 1 м
	8 см х 1,5 м
	8 см х 2 м
	8 см х 2,5 м
	8 см х 3 м
	8 см х 4 м
	8 см х 5 м
	10 см х 1 м
	10 см х 1,5 м
	10 см х 2 м
	10 см х 3 м
	10 см х 4 м
	10 см х 5 м

Виробник: ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність: ДВ-5
Дата виготовлення: 2026-02
Дата закінчення терміну придатності: 2031-02
Номер партії (LOT): 02
Перевірку виконано згідно з НД: ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Еластична стрічка, невибілена білого або тілесного кольору, без зовнішніх дефектів. Краї бинта обметані.	Відповідає
2	Ширина, см	8,0±0,5; 10,0±0,5	Відповідає
3	Довжина, м	(1,0±0,05); (1,5±0,05); (2,0±0,05); (2,5±0,05); (3,0±0,15); (4,0±0,2); (5,0±0,2)	Відповідає
4	Розтяжність, %	від 130 до 190	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 147 (15)	Відповідає
7	Кривизна бинта, см, на 100 см	не більше 3	Відповідає
8	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
9	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
10	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014 .

Начальник ВТК (Посада) _____ (Підпис) Наталія СУХІНІНА (ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 02.2026р.

Вх. ас. N 0293 від 22.04.26 Шер