

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналіза на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Eye dressing «H Dr.House», 10 pcs Пластир для ока «H Dr. House», 10 шт. 9,5 cm (cm) × 6,5 cm (cm)	Specification Розмір	9,5 cm (cm) × 6,5 cm (cm)
Order No./ Заказ №	LXC23080888	Lot No./ Партія №	23080888
Quantity Кількість	1 200 pcs 1 200 шт.	Test Date Дата перевірки	2023.10.18
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20202140997	Date of report Дата звіту	2023.10.18
Дата виготовлення	2023.10	Термін придатності	2028.09

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	9.5±0.2	9.5	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	6.5±0.2	6.5	OK Відповідає
4.3	Absorber rate Показник абсорбції	--	>pad weight × 8 >Вага подушки × 8	12	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.3	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20202140997/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20202140997

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензент(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



Рх.ан.№ 1499 від 01.02.24