

ad


JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD. CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Eye dressing child "H Dr. House", 10pcs (Пластир для ока дитячий «H Dr. House» 10 шт (6,7 см x 4,8 см))		Specification розміри	6,7 см x 4,8 см		
Order No./Заказ №	LXC201103		Lot No./Партия №	201103		
Quantity Кількість	32 000pcs 32 000шт		Test Date Дата перевірки	2021.01.04		
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20202140997		Date of report Дата звіту	2021.01.11		
Дата виготовлення	2020.11		Термін придатності	2025.10		
Check result/Результат перевірки						
Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. вимірювання	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Дані перевірки (середні)	Actual Result Результат
4.1	Appearance Зовнішній вигляд		--	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, без плям, без отворів, зовнішня поверхня не пропускає клей	--	OK Відповідає
4.2	Basic Size Основний розмір	Backing Length Довжина	cm	6.7.0±0.2	6.7	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	4.80±0.2	4.8	OK Відповідає
4.3	Absorbed rate Показник абсорбції		--	> pad weight × 8 > Вага подушечки × 8	12	OK Відповідає
4.4	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0	3.3	OK Відповідає
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20202140997 / Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):

[Handwritten signature]



Рецензент (Review):



Вх. ам 0020

Віг 20.02.2023

[Handwritten signature]