КУ "ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
УКРАЇНА, 93408, м.Рубіжне, вул. Енергетиків, 16
тел. (06536) 375-61, 309-26, факс 375-31

Відділ контрольних послуг
Свідоцтво про атестацію ВКВ № 312 від 28.10.2016

Сертифікат якості № 19

КЛЕЙ МЕДИЧНИЙ БФ-6 ВІД ПОДРИХНИ, по 5 г
у флаконі з пензликом

Номер партії 1/2024
Кількість продукції в партії 10 000 шт.
Дата виробництва 09.01.2024 р.
Виготовлено згідно технічної умови ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами ДСТУ EN 980:2007

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Прозора або злегка опалесцентна рідина від світло-жовтого до коричневого кольору	Прозора рідина світло-жовтого кольору
2.	Ідентифікація	1. До 1 г клею наносять 4 мл ефіру. У результаті повного розчинення гумових бінт клейкої основи, які залишились у склі 2. До 20 г клею додають 50 мл води, нагрівають протягом 2 год, фільтрують, відокремлюють до 0,5 мл розчину, додають 4 мл розчину нітрату срібла 0,1 М розчину амоніаку. Розчинення та 2 мл 0,1 М розчину амоніаку. Розчинення характерний запах формальдегіду. Нагрівають залишок розчину, додають 0,5 мл концентрованої азотної кислоти і нагрівають до кипіння. Відчувається характерний запах оцтової кислоти. Відчувається характерний запах оцтової кислоти	Відповідає Відповідає Відповідає
3.	Кількість клею	Фасовка у пенальцем масою нетто 5 г ± 0,5 г клею	5,0 г
4.	Функціональне призначення	Клей наноси при наявності тонких шарів на суху шкіру протягом 2 хвилин утворюється тонку еластичну плівку, яка міцно утримується на шкірному покрові	Відповідає
5.	Сухий залишок	Від 15,0 до 19,0 %	17,5 %
6.	Мікробіологічні показники: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10 КУО/г Не допускається наявність в 1 г Не допускається наявність в 1 г	Менше 100 КУО/г Менше 10 КУО/г Відповідає Відповідає
7.	Маркування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3	Відповідає
8.	Маркування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3, ДСТУ EN 980:2007	Відповідає
9.	Термін придатності	4 роки	2028-01
10.	Умови зберігання і зберігання	Відповідає ГОСТ 15150. При температурі не більше + 25 °С	Відповідає

Висновок: Партія 1/2024 відповідає вимогам ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами ДСТУ EN 980:2007

Дата сертифікації 11.01.2024 р.

Шевченко С.В.
АПВ

Спільне українсько-російське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Фарм-Фоф» м. Київ, Україна, 21042228

Перевірено на відповідність
С. Українська, 20004
[illegible]