

Liepaja Special Economic Zone LLC "NordePlast"
 VAT number: 42103074684
 Latvia, Liepaja, Ziemeļu str. 19, LV-3405
 Phone number: +371 20037773
 e-mail: info@nordeplast.com



QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Corn protect plasters "SalyDisk" 6 pcs. (72 mm x 19 mm) /

Набір мозольних пластирів "СаліДиск" для видалення мозолів 6 шт 72 mm (мм) x 19 mm (мм) ECOPLAST®

Data of manufacture / Дата виробництва – 2022.09

Expiry date / Термін придатності – 2027.08


LOT number / Партия – 172021

Name / Назва		Unit / Одиниця виміру	Technical data / Технічні дані	Technical Requirement / Технічна вимога	Actual Result / Фактичний результат
Appearance / Зовнішній вигляд		-	Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир чистий, гладкий, промазан клеєм, без плям, на задній частині пластиру не нанесений клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям, на задню частину пластиру не наноситься клей	OK / Відповідає
Size / розмір	Width / ширина	mm	72 x 19 mm (6 pcs)	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустиме відхилення лінійних розмірів не більше	OK / Відповідає
	Length / довжина	mm			OK / Відповідає
Glue content / Вміст клею		g/m ²	25 g/m ²	not more than 35 g/m ² / не більше	OK / Відповідає
Resistance to peeling adhesive layer / Опір відшаровування липкого шару		N/cm	2,5 N/cm	not less than 2,5 N/cm not more than 7 N/cm / не менше не більше	OK / Відповідає
Salicylic acid content Вміст салицилової кислоти		%	35 – 40	not more than 40% / не більше	OK / Відповідає
The conclusion: The product in conformity with the technical requirements of standard / Висновок: продукт відповідає технічним вимогам стандарту					

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"
 Ліепайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»

Quality management system specialist Polina Berga /
 Фахівець із управління системи якості Полина Берга

Liepaja/Лиепая
 04.11.2022



Відомості про отримання 03.05.23

ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,
ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

Декларація про відповідність № 04/0160 від 30.04.2019 (Declaration of Conformity № 04/0160 30.04.2019)

Перелік виробів:
List of products:

Див. додаток 1 до цієї декларації
See Annex 1 to the Declaration

Виробник:
Manufacturer:

Лієпаяс спеціалас економіскас зонас

СІА "НордеПласт"

(Līepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NordePlast")

ЛВ-3405, Зіємелю іела 19, Ліспая, Латвія
(телефон.+ 37120037773, nordeplast.lv@gmail.com)
(LV-3405, Ziemeļu iela 19, Līepāja, Latvija)
+37120037773, nordeplast.lv@gmail.com)

Місце виробництва:

Лієпаяс спеціалас економіскас зонас СІА "НордеПласт"

(Līepājas specialas ekonomiskas zonas SIA "NordePlast")
ЛВ-3405, Зіємелю іела 19, Ліспая, Латвія
(телефон.+ 37120037773, nordeplast.lv@gmail.com)
(LV-3405, Ziemeļu iela 19, Līepāja, Latvija)
+37120037773, nordeplast.lv@gmail.com)

**Уповноважений представник в
Україні:**

Товариство з обмеженою відповідальністю

«БАЛТІК МЕДІКАЛ»,

Код ЄДРПОУ 41282570, Україна, 01030,

вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б, м.Київ.

Класифікація згідно додатку 2,
Технічного регламенту щодо медичних
виробів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №753 від 2
жовтня 2013 року:

*Classification according to Annex 2 of
technical regulation on medical devices,
approved by Decree of Cabinet of Ministers
of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.*

Процедура оцінки відповідності:
Conformity Assessment Route:

Додаток 3, Технічного регламенту щодо медичних виробів
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753
від 2 жовтня 2013 року.


*Annex 3, of technical regulation on medical devices, approved by Decree of
Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.*

Сертифікат відповідності відповідності UA.TR.098.0160-18
зареєстрований у Реєстрі ООВ ТОВ «УЦМСП» 30 квітня 2019
року Certificate of conformity UA.TR.098.0160-18 30.04.2019



ас III, Па

ISS III, Па



ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,
ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

Термін дії декларації

Term of validity of the Declaration


Дійсна до 28 лютого 2023 року


Valid till 28.02.2023

ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ» декларує виконання основних вимог до виробів зазначеного, згідно Додатку Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 року. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається у виробника та його уповноваженого представника.

BALTIC MEDICAL LLC declares that abovementioned device complies with the requirements set forth in Annex 1 of technical regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.

Technical documentation proving conformity is kept at manufacturer's and authorized representative's premises.



Підпис уповноваженої особи:



Директор ТОВ « БАЛТІК МЕДІКАЛ»

О.Ю.Гунченко

Назва посади, ПІБ:



ТОВ "БАЛТІК МЕДІКАЛ"

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,
ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

Декларація про відповідність № 04/0160
(Declaration of Conformity № 04/0160)

Додаток 1
Annex 1

№	Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device on Ukrainian language	Клас
1.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 72 мм x 19 мм	III
2.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 72 мм x 25 мм	III
3.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 38 мм x 38 мм	III
4.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 19 мм x 38 мм	III
5.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 4 см x 10 см	III
6.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 6 см x 10 см	III
7.	Пластир медичний нетканий бактерицидний 8 см x 10 см	III
8.	Пластир медичний тканий бактерицидний 72 мм x 19 мм	III
9.	Пластир медичний тканий бактерицидний 72 мм x 25 мм	III
10.	Пластир медичний тканий бактерицидний 72 мм x 38 мм	III
11.	Пластир медичний тканий бактерицидний 38 мм x 38 мм	III
12.	Пластир медичний тканий бактерицидний 19 мм x 38 мм	III
13.	Пластир медичний тканий бактерицидний 4 см x 10 см	III
14.	Пластир медичний тканий бактерицидний 6 см x 10 см	III
15.	Пластир медичний тканий бактерицидний 8 см x 10 см	III
16.	Пластир медичний бактерицидний тканий еластичний 72 мм x 25 мм	III
17.	Пластир медичний бактерицидний тканий еластичний 72 мм x 25 мм	III
18.	Пластирі медичні бактерицидні ткані еластичні 72 мм x 25 мм	III
19.	Пластир медичний бактерицидний тканий еластичний 38 мм x 38 мм	III
20.	Пластир медичний бактерицидний тканий еластичний 4 см x 10 см	III
21.	Пластир медичний бактерицидний тканий еластичний 6 см x 10 см	III




ТОВ "БАЛТІК МЕДІКАЛ"

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,

ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

22.	Пластир медичний тканий міцний бактерицидний 72 мм x 19 мм	III
23.	Пластир медичний тканий міцний бактерицидний 72 мм x 25 мм	III
24.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 72 мм x 19 мм	III
25.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 72 мм x 25 мм	III
26.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 38 мм x 38 мм	III
27.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 4см x 10 см	III
28.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 6 см x 10 см	III
29.	Пластир медичний водостійкий бактерицидний 8 см x 10 см	III
30.	Пластир медичний полімерний бактерицидний 72 мм x 19 мм	III
31.	Пластир медичний полімерний бактерицидний 72 мм x 25 мм	III
32.	Пластир медичний полімерний бактерицидний 38 мм x 38 мм	III
33.	Пластир медичний полімерний бактерицидний 4 см x 10 см	III
34.	Пластир медичний полімерний бактерицидний 6 см x 10 см	III
35.	Набір пластирів медичних бактерицидних тканих «Срібний захист» 16 шт (72x19мм-8 шт; 72x38 мм-2шт; 38x38мм-6шт)	III
36.	Набір пластирів медичних тканих "Сила Алое" 16шт (72 мм x 19 мм – 8 шт, 72 мм x 38 мм – 2 шт, 72 мм x 25 мм – 6 шт)	IIa
37.	Набір пластирів медичних полімерних "Захист Алое" 16 шт (72 мм x 19 мм – 8 шт, 72 мм x 38 мм – 2 шт, 38 мм x 19 мм – 6 шт)	IIa
38.	Набір пластирів медичних "Алое Вера" 16шт (72 мм x 19 мм – 8 шт, 38 мм – 2 шт, 72 мм x 25 мм – 6 шт)	IIa
39.	Пластир медичний «Алое» 72 мм x 19 мм	IIa
40.	Пластир медичний «Алое» 72 мм x 25 мм	IIa
41.	Пластир медичний «Алое» 72 мм x 38 мм	IIa
42.	Пластир медичний «Алое» 38 мм x 38 мм	IIa



ТОВ "БАЛТІК МЕДІКАЛ"

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,
ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

43.	Пластир медичний «Алое» 19 мм x 38 мм	Па
44.	Пластир медичний гідроколоїдний 4 шт (44мм x 69мм)	Па
45.	Пластир медичний гідроколоїдний 4 шт (37мм x 55мм)	Па
46.	Пластир медичний гідроколоїдний 4 шт (44мм x 69мм)	Па
47.	Пластир медичний гідроколоїдний «Друга шкіра» від вологих мозолів L великий, 4шт (44мм x 69мм)	Па
48.	Пластир медичний гідроколоїдний «Друга шкіра» від вологих мозолів M середній, 5 шт (37мм x 55мм)	Па
49.	Пластирі медичні гідроколоїдні на вологі мозолі "Екстра Захист" 8 шт (70мм x 12мм)	Па
50.	Пластирі медичні гідроколоїдні на вологі мозолі «Комфорт» 5 шт (70мм x 38мм)	Па
51.	Перцевий пластир перфорований 6 см x 10 см	Па
52.	Перцевий пластир перфорований 10 см x 15 см	Па
53.	Перцевий пластир перфорований 10 см x 18 см	Па
54.	Перцевий пластир перфорований 12 см x 18 см	Па
55.	Перцевий пластир з ментолом перфорований 6 см x 10 см	Па
56.	Перцевий пластир з ментолом перфорований 10 см x 15 см	Па
57.	Перцевий пластир з ментолом перфорований 10 см x 18 см	Па
58.	Перцевий пластир з ментолом перфорований 12 см x 18 см	Па
59.	Пластир медичний знеболюючий "Стоп біль"	Па
60.	Пластир медичний для видалення бородавок "СаліФіلم", 12 шт	Па
61.	Пластир медичний для видалення бородавок "СаліФіلم" 16 шт "(діаметр 19мм (4шт), діаметр 12 мм (12шт))	Па
62.	Мозольний пластир «СаліПад» для видалення загрибілої шкіри 2 шт (40 мм x 60 мм)	Па



ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,

ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 office@balticmedical.com.ua

63.	Мозольний пластир «СаліПласт» для видалення загрибілої шкіри 2шт (50 мм х 70 мм)	Па
64.	Мозольний пластир для видалення загрибілої шкіри 2шт (50мм х 70мм)	Па
65.	Мозольний пластир для видалення загрибілої шкіри 2 шт (40 мм х 60 мм)	Па
66.	Мозольний пластир "СаліДиск" для видалення мозолів 6 шт (72 мм х 19 мм)	Па
67.	Пластир медичний «Допомога при герпесі» 15 шт (діаметр 14 мм)	Па


Підпис уповноваженої особи:



Директор ТОВ « БАЛТІК МЕДІКАЛ» Гунченко О.Ю.



Назва посади, ПІБ:





UA.TR.098

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»
(ТОВ «УЦМСП»)



10213
DCTV EN ISO/IEC
17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дійсний до 28 лютого 2023 року

Цей сертифікат засвідчує, що продукція (послуга(и)): пластирі медичні бактерицидні з іонами срібла ткани, неткані, полімерні та набори з них, пластирі медичні кровоспинні стерильні та набори з них, пластирі медичні бактерицидні ткани, ткани міцні, ткани еластичні, неткані, полімерні та набори з них, клас III, пластирі медичні для видалення мозолів, пластирі для видалення загрубілої шкіри, пластирі медичні для видалення бородавок, пластирі медичні гідроколоїдні та набори з них, пластирі медичні при герпесі, пластирі медичні ткани, неткані, полімерні просочені алое та набори з них, пластирі перцеві перфоровані, пластирі перцеві з ментолом перфоровані, пластир з аріноюю та гарпагофітумом, клас IIa, пластирі медичні стерильні ткани, неткані, полімерні та набори з них ; пластирі пов'язки медичні стерильні ткани, неткані, полімерні, клас I

відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, додатку 3

Виробник (и): Ліспаяс спеціалас економіскас зонас СІА "НордеПласт", ЛВ-3405, Зіємелю ісла 19, Ліспая, Латвія

Місце (я) виробництва: Ліспаяс спеціалас економіскас зонас СІА "НордеПласт", ЛВ-3405, Зіємелю ісла 19, Ліспая, Латвія,



Євросісел С.п.А., Віале Еуропа, 30 20090 Кусаго (МІ), Італія (Viale Europa, 30 20090 Cusago (MI), Italy)

Уповноважений представник в Україні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛТІК МЕДІКАЛ», вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 – Б, м. Київ, 01030, Україна, код за ЄДРПОУ 41282570

Додаткова інформація контроль відповідності продукції вимогам додатку 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів здійснюється шляхом проведення періодичного наглядання згідно програми

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування» на підставі рішення щодо результатів сертифікації від 01.03.2018 р. № 0160-218:2018, від 30.04.2019 р. № 0160-218:2019 та рішення щодо внесення змін, які стосуються наданої сертифікації від 30.04.2019 р. № 0160-254:2019 ООВ ТОВ «УЦМСП», місцезнаходження ООВ: вул. Саперно-Слобідська, 10, оф.1, м. Київ, 03028, Україна, атестат про акредитацію в НААУ: № 10213, номер призначеного ООВ: UA.TR.098

Виробник зобов'язаний інформувати орган з оцінки відповідності про будь-який свій намір істотних змін до затвердженого проекту медичного виробу, які можуть вплинути на відповідність основним вимогам додатку 1 та додатку 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів. У випадку порушення умов, за яких було видано сертифікат, орган з оцінки відповідності може призупинити дію сертифіката або анулювати сертифікат



*замість сер... 01.03.2018 р. у зв'язку із внесенням змін
Чинність сертифіката можна перевірити у Реєстрі ТОВ "УЦМСП" тел.: (044) 393-71-92



UA.TR.098

ТОВ „Український центр
медичної сертифікації та прогнозування“

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дійсний до 25 грудня 2022 року

Цей сертифікат засвідчує, що продукція (послуга(и)): пластирі медичні бактерицидні з іонами срібла ткани, неткані, полімерні та набори з них, пластирі медичні кровоспинні стерильні та набори з них, пластирі медичні бактерицидні ткани, ткани міцні, ткани еластичні, неткані, полімерні та набори з них, клас III, пластирі медичні для видалення мозолів, пластирі медичні для видалення бородавок, пластирі медичні гідроколейні та набори з них, пластирі медичні при герпесі, пластирі медичні ткани, неткані, полімерні просочені алое та набори з них, пластирі перцеві перфоровані, пластирі перцеві з ментолом перфоровані, пластир з аришкою та гарнагофітумом, спреї охолоджуючі, пакети охолоджуючі, пластир-пакети зігрівачі, пакет «тепло-холод», клас IIa, пластирні пов'язки стерильні, стрічки для зведення країв ран стерильні, пластирі для очей стерильні, клас I

відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, додатку 3

Виробник (и): Євросісел С.п.А., Via Volta 23, 20019 Settimo M. se (MI), Італія (EUROSIREL S.p.A. Via Volta, 23, 20019 Settimo M. se (MI) – Italy)

Місце (и) виробництва: Євросісел С.п.А., Via Volta 23, 20019 Settimo M. se (MI), Італія (EUROSIREL S.p.A. Via Volta, 23, 20019 Settimo M. se (MI) – Italy)

Уповноважений представник в Україні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛТІК МЕДІКАЛЪ», вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 –Б, м. Київ, 01030, Україна, код за ЄДРПОУ 41282570

Додаткова інформація контроль відповідності продукції вимогам додатку 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів здійснюється шляхом проведення періодичного наглядавання згідно програми

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування» на підставі рішення щодо надання сертифікації від 26.12.2017 р. № 0141-218:2017 ООВ ТОВ «УЦМСП», місцезнаходження ООВ: вул. Саперно-Слобідська, 10, оф.1, м. Київ, 03028, атестати про акредитацію в НААУ: № 10213, 80070, номер призначеного ООВ: UA.TR.098

Виробник зобов'язаний інформувати орган з оцінки відповідності про будь-який свій намір істотних змін до затвердженого проекту медичного виробу, які можуть вплинути на відповідність основним вимогам додатку 1 та додатку 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів. У випадку порушення умов, за яких було видано сертифікат, орган з оцінки відповідності може призупинити дію сертифіката або анулювати сертифікат

Зареєстрований у Реєстрі
ООВ ТОВ "УЦМСП"

26 грудня 2017 року № UA.TR.098

Керівник з якості ТОВ «УЦМСП»



Чинність сертифіката можна перевірити на сайті ТОВ «УЦМСП» тел.: (044) 593-71-92

ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,

ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 balticmedical.ua@gmail.com

Декларація про відповідність № 01/0141 від 12.08.2018 (Declaration of Conformity №01/ 0141 12.08.2018)

Перелік виробів:
List of products:

Див. додаток 1 до цієї декларації
See Annex 1 to the Declaration

Виробник:
Manufacturer:

ЄВРОСИРЕЛ С.п.А

(EUROSIREL S.p.A)

Via Volta 23, 20019 Settimo M. se (MI), Італія
(телефон.+ 3902335595, sales@eurosirel.it)
(Via Volta, 23, 20019 Settimo M. se (MI) – Italy)
+3902335595, sales@eurosirel.it

Виробничі дільниці:
Manufacturing sites:

Via Volta 23, 20019 Settimo M. se (MI), Італія
(телефон.+ 3902335595, sales@eurosirel.it)
(Via Volta, 23, 20019 Settimo M. se (MI) – Italy)
+3902335595, sales@eurosirel.it

Уповноважений представник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«БАЛТІК МЕДІКАЛ»,

Код ЄДРПОУ 41282570, Україна, 01030,

м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б

Класифікація згідно додатку 2,
Технічного регламенту щодо медичних
виробів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №753 від 2
жовтня 2013 року:

Клас Іа

*Classification according to Annex 2 of
technical regulation on medical devices,
approved by Decree of Cabinet of Ministers
of Ukraine №753 on October 2nd, 2013:*

Class Іа

Процедура оцінки відповідності:
Conformity Assessment Route:

Додаток 3, Технічного регламенту щодо медичних виробів
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753
від 2 жовтня 2013 року.

*Annex 3, of technical regulation on medical devices, approved by Decree of
Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.*

Сертифікат відповідності UA.TR.098.0141-17 від 26.12.2017
Certificate of conformity UA.TR.098.0141-17 від 26.12.2017

Термін дії декларації

Term of validity of the Dec

Дійсна до 25 грудня 2022 року

Valid till 25.12.2022



ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,

ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 balticmedical.ua@gmail.com

ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ» декларує виконання основних вимог до виробів зазначеного, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 року. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається у виробника та його уповноваженого представника.

BALTIC MEDICAL LLC declares that abovementioned device complies with the requirements set forth in Annex 1 of technical regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013.

Technical documentation proving conformity is kept at manufacturer's and authorized representative's premises.



Підпис уповноваженої особи

Директор ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ» **О.Ю.Гунченко**

Назва посади, ПІБ:



ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ»

01030, м.Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 23-Б,

ЄДРПОУ 41282570, тел.+380992329047 balticmedical.ua@gmail.com

Декларація про відповідність № 01/0141
(Declaration of Conformity №01/0141)

Додаток 1
Annex 1

№	Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device on Ukrainian language	Клас
1.	Мозольний пластир «СаліПад» для видалення загрибленої шкіри	IIa
2.	Мозольний пластир «СаліПад» для видалення загрибленої шкіри, 2 шт	IIa
3.	Мозольний пластир "СаліДиск" для видалення мозолів	IIa
4.	Мозольний пластир "СаліДиск" для видалення мозолів, 6 штук	IIa
5.	Пластир медичний мозольний "Комбі захист", 17 шт	IIa
6.	Пластир медичний мозольний "Комбі захист міні", 24 шт	IIa
7.	Пластир медичний мозольний	IIa
8.	Пластир медичний «Допомога при герпесі»	IIa
9.	Пластир медичний для видалення бородавок "СаліФіلم"	IIa
10.	Пластир - пакет зігріваючий, 13 см x10 см	IIa



Директор ТОВ « БАЛТІК МЕДІКАЛ» Гунченко О.Ю.

Підпис уповноваженої особи:

Назва посади, ПІБ:

