

**Е-МАКС ЕНТЕРПРАЙС КО., ЛТД.**  
**Вест Венчанг Роад 18#, Янгзхоу, Китай**

**Сертифікат аналізу**

Назва продукту: Беруші	Бренд: "STIL"	Тип: твердий силікон
Термін придатності: 2025-05	Дата виробництва: 202005	Модель: 109030053
Партія: 202005		

Показник	Специфікація	Результат
Опис	Твердий силікон із зажимом для носу для плавання	Відповідає
Матеріал	Беруші і накладки силікон; зажим РС	Відповідає
Колір	Беруші і накладки фіолетові; зажим прозорий	Відповідає
Пакування:	2 шт. в пластиковій коробочці 50 шт. у внутрішній упаковці 10 внутр. уп. у зовнішній коробці	Відповідає

Основні параметри:

Частота Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
(Mf - sf) , дБ	—	5	8	12	12	12	12	12
Середнє затухання, дБ	24.2	24.2	24.5	25.4	24.3	27.9	32.5	38
Стандартне відхилення, дБ	3.5	5.2	5.2	5.7	6.1	7.1	7.3	5.1
APV, дБ	20.7	19.0	19.3	19.7	18.2	20.8	25.2	32.9

SNR = 23 дБ    H= 22 дБ    M= 20 дБ    L= 19 дБ

Продукт відповідає вимогам гармонізованих стандартів: EN 352 - 2: 2002  
Захисні слухові пристрої - Загальні вимоги - Частина 2: Беруші, EN 13819-1: 2002


(схематичне зображення)	Відповідає
-------------------------	------------

ВИСНОВОК: БІЛЬШІСТЬ ПРОДУКТІВ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ



ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: 20200511

*Вхачи 052505 06.0521*



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" "11" 2018 року

№ 602-123-20-31/46038

**Об'єкт експертизи:** Вкладиші (беруші) STIL; Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові для плавання, 2 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові для плавання + затискач для носа, 2+1 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові, 4 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові для авіанерельотів, 4 шт.; Вкладиші (беруші) STIL поліуретанові протишумові, 4 шт.

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул:** 3926

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут, гігієнічний засіб для індивідуального захисту від шуму, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Китай; Bengbu Hucong Hearing Protection Equipment Co., Ltd., North of Xingzhong Road of Yu Gong Road, Anhui Province, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «УКРМЕДІКА», Україна, 04073, Київ за ЄДРПОУ 39225005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** - документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: вініл хлористий - 0,01; диоктилфталат - 2,0; формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, ацетон - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, гептан - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, етилацетат - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0; відповідно до вимог СанПіН 42-



123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения», "Общие методические указания к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины" М. 1987, МВ "Токсиколого-гігієнічні та до клінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Вкладиші (беруші) STIL: Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові для плавання, 2 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові для плавання + затискач для носа, 2+1 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові, 4 шт.; Вкладиші (беруші) STIL силіконові протишумові для авіаперельотів, 4 шт.; Вкладиші (беруші) STIL поліуретанові протишумові, 4 шт.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи**

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 11685 від 26.10.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

*Handwritten signature*