

ТОВ «НВК «Фармаско»  
A502INCPS

Паспорт  
на СИТО TEST® COVID-19 Ag  
Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу  
ТУ У 20.5-42579962-014:2020

серія: NCP24010028  
каталожний номер: A502INCPS  
використати до: 31.12.2025 р.

2. Показники специфікації:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУВАННЯ	ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧУТЛИВІСТЬ	Позитивний	15 хвилин
СПЕЦИФІЧНІСТЬ	Негативний	20 хвилин

2. Зовнішній вигляд та комплектність:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Тест-касета	Пройшов
Тампон/апликатор стерильний	Пройшов
Пробірка для зразку з наконечником	Пройшов
Буфер у небулі	Пройшов
Інструкція	Пройшов


Показники якості МВ СИТО TEST® COVID-19 Ag Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу, серія NCP24010028, відповідають ТУ У 20.5-42579962-014:2020.

Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис

Дата 30.01.2024 р.



Вх. ак. 150876  
06.02.24