



**ПАРТНЕР  
ДЕКОР**

ТОВ «Партнер Декор»  
49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34  
п/р: UA7132900040000020000210431025  
АТ «Прокредит Банк», м. Київ, МФО 300904  
ЄДРПОУ 41629320 ПІВН. 416293204822  
Тел./факс: +38 (056) 790-02-33

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 2304-21 від 23.04.2021

вимогам встановленим у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою КМУ № 753 від 02.10.2013

1. Медичні вироби: Респіратори медичні одноразового застосування згідно Додатка №1, що є невід'ємною частиною цієї Декларації, нестерильні, небрендовані чи брендовані знаком для товарів і послуг PartnerPro та іншими.
2. Найменування, місцезнаходження виробника: ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320
3. Ця декларація про відповідність видана виключно під відповідальність виробника
4. Об'єкт декларації відповідає основним вимогам наведеним у Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затв. постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.
5. Клас безпеки згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів: I клас
6. Посилання на національні стандарти або на технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT), ДСТУ EN ISO 14971:2015, ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016), ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови»
7. Медичні вироби супроводжує знак відповідності технічним регламентам:




8. Для зазначеного маркування було забезпечено проведення процедури оцінки відповідності: здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів, як викладено в Додатку 8 (за виключенням пунктів 5-6), а також згідно п. 18 Технічного регламенту щодо медичних виробів складання даної декларації.
9. Відповідність системи управління якістю ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) підтверджено Сертифікатом № UA.QMS.00107-20 (стосовно сфери діяльності: розробка, виробництво, зберігання та реалізація), дія з 28.12.2020 р. до 28.12.2023 р, виданий органом з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ПРОМСТАНДАРТ».
10. Для респіраторів без клапанів (захист FFP2 NR D, FFP3 NR D) відповідність ДСТУ EN 149:2017 Сертифікат експертизи типу №UA.TR.061.C000420-21 дія з 26.03.2021 р., виданий ТОВ «Орган з сертифікації «ПРОМСТАНДАРТ»
11. Для респіраторів з клапанами (захист FFP2 NR D, FFP3 NR D) відповідність ДСТУ EN 149:2017 Сертифікат експертизи типу №UA.TR.060.0375-21 дія з 26.05.2021 р. виданий органом з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Орган з сертифікації «ПРОМСТАНДАРТ»
12. Виконання основних вимог, визначених у додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах, було доведено.
13. Підписано від імені та за дорученням:

Директор ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР»

Дата: 28.12.2021 р.

14. Строк дії декларації до 23.04.2026 року



Редакція № 3

Вступ у дію з 28 грудня 2021 р.


Додаток №1

до Декларації про відповідність № 2304-21 від 23.04.2021 р.:

**Респіратори медичні одноразового застосування.**  
В первинному, чи груповому пакуванні.

№ п/п	Назва	Модифікації	Назва за каталогом
1	2	3	
1	Респіратор. Тип № 1	Без клапана.	
2	Респіратор. Тип № 2	Респіратор захисний. Тип № 2. Клас захисту FFP2 NR D.	Rhodium
3	Респіратор. Тип № 3	Респіратор захисний. Тип № 3. Клас захисту FFP3 NR D.	Painite
4	Респіратор. Тип № 4	Респіратор захисний. Тип № 4. Клас захисту FFP2 NR D.	Jade
5	Респіратор. Тип № 5	Респіратор захисний. Тип № 5. Клас захисту FFP3 NR D.	Lithium
6	Респіратор. Тип № 6	Респіратор захисний. Тип № 6. Клас захисту FFP2 NR D.	Corundum
7	Респіратор. Тип № 7	Респіратор захисний. Тип № 7. Клас захисту FFP3 NR D.	Topaz
8	Респіратор. Тип № 8	Респіратор захисний. Тип № 8. Клас захисту FFP2 NR D.	Agate
9	Респіратор. Тип № 9	Респіратор захисний. Тип № 9. Клас захисту FFP3 NR D.	Spinel
10	Респіратор. Тип № 10	Респіратор захисний. Тип № 10. Клас захисту FFP3 NR D.	Sapphire
11	Респіратор. Тип № 11	Респіратор захисний. Тип № 11. Клас захисту FFP3 NR D.	Black opal
12	Респіратор. Тип № 12	Без клапана	
13	Респіратор. Тип № 13	З клапаном	
14	Респіратор. Тип № 14	З клапаном	
15	Респіратор. Тип № 15	З клапаном	
16	Респіратор. Тип № 16	З клапаном	

Директор ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР»



Г.С. Бублій



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.C000420-21

Зареєстрований в Реєстрі органу за відомкою відповідності  
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 26 березня 2021р. до 25 березня 2022р.

Срок дієвості з  
Term of validity is from

14.19

Продукція (тип) Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні тип № 2 FFP2 NR D, тип № 3 FFP3 NR D одноразового використання нестерильні, що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови»

Виробник(и) продукції ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Уповноважена особа виробника ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Висновки про проведення перевірки Продукція відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту на підставі проведеної експертизи технічної документації, протоколів випробувань типових зразків, встановлено, що продукція відповідає вимогам: ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, ІСТ) п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9 (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт», реєстраційний номер призначення № UA.TR.061, атестат акредитації НААУ №10223 від 17.07.2020р., 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2.3, т. (056) 742-82-39

На підставі протоколів випробувань № 1044-П, 1045-П від 26.03.2021р., виданих ВЦ ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23, атестат акредитації №20989 від 31.08.2020р.)

Дані про ідентифікацію типу Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні тип № 2 FFP2 NR D, тип № 3 FFP3 NR D одноразового використання нестерильні, що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови»

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник Технічну документацію згідно п. 49 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту зберігає заявник.

Введення в обіг зазначеної продукції згідно з Технічним регламентом засобів індивідуального захисту можливо лише за умови застосування додаткового модуля оцінки відповідності

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний

1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію

2) у разі позитивних результатів наглядаюча за продукцією з боку органу з оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт», періодичність наглядаюча – 1 раз на рік

Заступник керівника органу з оцінки відповідності  
Руховодитель органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

О. І. Пиль

підпис

ініціали, прізвище



Чисelnість сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті [promstandart.com.ua](http://promstandart.com.ua) або за тел. (056) 742-82-39

№ 021173

# СЕРТИФІКАТ


ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТОВ «Орган з сертифікації «ПРОМСТАНДАРТ»

засвідчує, що підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## «ПАРТНЕР ДЕКОР»



ПАРТНЕР  
ДЕКОР

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вулиця Будівельників, будинок 34

адреса виробництва:

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вулиця Будівельників, будинок 34

код ЄДРПОУ 41629320

впровадило та використовує  
систему управління якістю  
стосовно сфери діяльності:

розробка, виробництво, зберігання та реалізація  
одягу, покриттів і витратних матеріалів

медичного одноразового застосування та їх комплектів,

що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні  
одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови»

Аудит, № звіту 1991СУ  
підтвердив, що вимоги

### ДСТУ EN ISO 13485:2018

(EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)

### ISO 13485:2016

ВИКОНУЮТЬСЯ.

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту  
здійснюється шляхом періодичних наглядових аудитів.


Регстраційний номер сертифікату № UA.QMS.00107-20

Чинний з 29 грудня 2020 р.

Чинний до 28 грудня 2023 р.

Дата первинної сертифікації

Заступник керівника ТОВ «Орган з  
сертифікації  
«ПромСтандарт»




Україна  
ДСТУ EN ISO/IEC 13485:2018

Чинність сертифіката можна перевірити за тел. (050) 742-82-59. (050) 742-82-59.  
на сайті ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» promstandart.com.ua

CC000070

ПРОМСТАНДАРТ PROMSTANDART PROMSTANDART PROMSTANDART PROMSTANDART PROMSTANDART PROMSTANDART

PromStandart



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування типу сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

**ТОВ «ІНШІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «ИШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» тип № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS, LTD" under

UA.T.060.0375-21

Термін дії з 26.05.2021 р. до 20.05.2022 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників,  
Сертифікат виданий / будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320  
Certificate is issued on

Продукція

Продукция /  
Production

Засоби індивідуального захисту органів дихання –  
респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип №  
4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва  
за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-  
003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні  
одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови».

14.19

(код УКЦЗЕД, ДК-016)  
(ГНВЗД, ДК-016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям /  
Comply with the requirements

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого  
Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р., згідно з ДСТУ EN 149:2017 Засоби  
індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні шівмаски для захисту  
від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)  
п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9

Виробник продукції  
Производитель продукции /  
Manufacturer of products

“ ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників,  
будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Додаткова інформація  
Дополнительная информация /  
Additional information

Перевірено типові зразки: респіратори захисні з клапаном одноразового  
використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5  
FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM)  
Ідентифікація типу продукції, за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Сертифікат выдан органом оценки соответствия /  
Certificate is issued by the conformity assessment body


ТОВ "ІНШІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",  
61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,  
код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі  
На основании /  
On the grounds of


Протоколів випробувань № 1953-Л, 1954-Л від 21.05.2021 р., виданих ДІ ДІ  
«КРИВБАССТАЦАРТМЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Формишівська, 23,  
атестат акредитації №20969 від 31.08.2020р.

Керівник органу з оцінки відповідності


Руководитель органа оценки соответствия /  
Director of the conformity assessment body



М.П. / М.П. / M.P.  
(Ім'я, прізвище, прізвище)  
(именное, инициалы, фамилия) (signature)



Наявність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на [ntsas.com.ua](http://ntsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67.  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [ntsas.com.ua](http://ntsas.com.ua) или по тел. +38 057 763 08 67.  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, which is loaded at [ntsas.com.ua](http://ntsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67



**PARTNER UKRAINE**

ТОВ «Партнер Юкрейн»  
49089, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34  
IBAN UA713209840000026000210431025  
АТ «Прокредит Банк», м. Київ, МФО 320984  
ЄДРПОУ 41629320, ІПН 416293204622  
Тел./факс: +38 (056) 790-02-33

*Вих. № 19/05-001 від «19» травня 2022 року*

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміну назви та керівника юридичної особи**

Даним листом повідомляємо вас про те, що з 19.05.2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Декор» перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Юкрейн» (скорочено ТОВ «Партнер Юкрейн») та змінено керівника юридичної особи. Новим директором призначено Філіпову Олену Валеріївну, яка приступає до виконання своїх обов'язків з 19.05.2022 року.

Всі інші дані та реквізити Компанії залишаються без змін.

Директор ТОВ «Партнер Юкрейн»



Олена ФІЛІПОВА



Вих. № 0407 від 04.07.2023 р.

## РОЗ'ЯСНЕННЯ

Шановні партнери, цим листом повідомляємо, що згідно з законодавством України засоби індивідуального захисту, до яких відносяться респіратори, повинні відповідати Технічному регламенту засобів індивідуального захисту та Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту засобів індивідуального захисту затвердженого наказом Мінекономіки від 21.07.2021 № 281-21.

Відповідність Технічному регламенту засобів індивідуального захисту підтверджується шляхом оцінки відповідності згідно Модулів вказаних у додатках до Технічного регламенту.

Відповідність одноразових респіраторів без клапана FFP2 NR D та FFP3 NR D і з клапаном FFP2 NR D та FFP3 NR D виробництва ТОВ «Партнер Декор» (з 19.05.2022 ТОВ «Партнер Юкрейн») Технічному регламенту засобів індивідуального захисту та ДСТУ EN 149:2017 підтверджено згідно Модуля В (додаток V до Технічного регламенту) Сертифікатами експертизи типу № UA.TR.061.C000420-21 і UA.TR.060.0375-21.

Згідно модулів вказаних у додатках до Технічного регламенту відповідність може бути підтверджена експертизою типового зразка Модуль В (додаток V до Технічного регламенту) або відповідністю типовому зразку Модулі С, С2, D (додатки VI, VII, VIII до Технічного регламенту). Сертифікат відповідності не входить до переліку модулів вказаних у додатках до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.


Шановні партнери, цим листом також повідомляємо, що Сертифікати експертизи типу № UA.TR. 061.C000420-21 (дія до 25.03.2022) і № UA.TR.060.0375-21 (дія до 20.05.2022) розповсюджується на всю продукцію вироблену в період дії сертифікатів до закінчення строку придатності продукції. Всі відвантаження можливі зі складського залишку продукції виробленої в період дії сертифікатів. Строки дії сертифіката автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314.



ТОВ «Партнер Юкрейн»



Олена ФІЛІПОВА



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проєкта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності  
ТОВ «ІНПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «ІНПІ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under  
**UA.T.060.0375-21**

Термін дії з **26.05.2021 р. до 20.05.2022 р.**  
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано **ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320**  
Сертификат выдан / Certificate is issued on

Продукція **Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови».**  
Продукция / Production **14.19**  
(код УКТЗЕД, ДК-016)  
(ТНВЭД: ДК-016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам **Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р., згідно з ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT) п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9**  
Соответствует требованиям / Comply with the requirements

Виробник продукції **“ ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320**  
Производитель продукции / Manufacturer of products

Додаткова інформація **Перевірено типові зразки: респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM)  
Ідентифікація типу продукції, за маркуванням та технічним описом.**  
Дополнительная информация / Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ "ІНПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67**  
Сертификат выдан органом оценки соответствия / Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколів випробувань № 1953-Л, 1954-Л від 21.05.2021 р., виданих ВНПТ «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Шевченка, 23, атестат акредитації №20969 від 31.08.2020р.**  
На основании / On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності **М.П./М.П./Stamp**  
Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) или по  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67





# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ  
ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», код ЄДРПОУ 41629320

(назва постачальника, код за ЄДРПОУ)

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34

(адреса, контактний телефон)

в особі директора Бублій Г.С.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що: Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови», код ДКПП 14.19

(повне найменування засобу індивідуального захисту, тип, марка, модель)

виробництва ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

що виготовляються згідно з ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT) п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9

(назва та позначення нормативних документів, що підтверджують відповідність Технічному регламенту)

відповідає Технічному регламенту засобів індивідуального захисту,  
затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2008р. №761

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату експертизи типу № UA.T.060.0375-21, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» 26.05.2021р. та дійсного до 20.05.2022р.
- протоколів випробувань № 1953-Л, 1954-Л від 21.05.2021 р., виданих ВЦ ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжстали, 23, атестат акредитації №20969 від 31.08.2020р.)
- Технічної документації.

Декларація поширюється на:

Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови», код ДКПП 14.19, що виготовляються серійно з 26.05.2021р. до 20.05.2022р.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність:

ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Директор  
ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР»

Г.С. Бублій

(підпис)

UA.TR.D.21-0708

Реєстраційний №

26 травня 2022р.

дата реєстрації

20 травня 2022р.


термін дії декларації до

Керівник  
Органу з оцінки відповідності

(підпис)

В. Дубровський

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в Реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ПромСтандарт» (м. Київ, вул. Старокозачька, 56, оф. 7) (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін до умов реєстрації або технологію виробництва). Декларація складена з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006-Чинність декларації можна перевірити за тел. (056) 742-82-39 та на сайті органу з оцінки відповідності ТОВ «ПромСтандарт» [prom-standart.com.ua](http://prom-standart.com.ua)



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity).

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under  
UA.T.060.0375-21

Термін дії з 26.05.2021 р. до 20.05.2022 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників,  
Сертификат выдан / Certificate is issued on будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Продукція  
Продукция/  
Production

Засоби індивідуального захисту органів дихання –  
респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип №  
4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва  
за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-  
003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні  
одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови».

14.19

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(ТНВЭД, ДК-016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого  
Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р., згідно з ДСТУ EN 149:2017 Засоби  
індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні шівмаски для захисту  
від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)  
п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9

Виробник продукції  
Производитель продукции/  
Manufacturer of products

“ ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників,  
будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information

Перевірено типові зразки: респіратори захисні з клапаном одноразового  
використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5  
FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM)  
Ідентифікація типу продукції, за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Сертификат выдан органом оценки соответствия/  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",  
61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,  
код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі  
На основании/  
On the grounds of


Протоколів випробувань № 1953-Л, 1954-Л від 21.05.2021 р., виданих ВЦ ЛП  
«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворізької сталі, 23,  
атестат акредитації №20969 від 31.08.2020р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) или по тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ  
ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», код ЄДРПОУ 41629320

(назва постачальника, код за ЄДРПОУ)

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34

(адреса, контактний телефон)

в особі директора Бублій Г.С.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що: Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови», код ДКПП 14.19

(повне найменування засобу індивідуального захисту, тип, марка, модель)

виробництва ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

що виготовляються згідно з ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT) п.п. 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17; р. 9

(назва та позначення нормативних документів, що підтверджують відповідність Технічному регламенту)

відповідає Технічному регламенту засобів індивідуального захисту,  
затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2008р. №761

Декларація складена на підставі:

- Сертифікату експертизи типу № UA.T.060.0375-21, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» 26.05.2021р. та дійсного до 20.05.2022р.
- протоколів випробувань № 1953-ЛІ, 1954-ЛІ від 21.05.2021 р., виданих ВЦ ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ», 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23, атестат акредитації №20969 від 31.08.2020р.)
- Технічної документації.

Декларація поширюється на:

Засоби індивідуального захисту органів дихання – респіратори захисні з клапаном одноразового використання: тип № 4 FFP2 NR D (назва за каталогом JADE), тип № 5 FFP3 NR D (назва за каталогом LITHIUM) що виготовляються за ТУ У 14.1-41629320-003:2020 «Одяг, покриття і витратні матеріали медичні одноразового застосування та їх комплекти. Технічні умови», код ДКПП 14.19, що виготовляються серійно з 26.05.2021р. до 20.05.2022р.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність:

ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 34, код ЄДРПОУ 41629320

Директор  
ТОВ «ПАРТНЕР ДЕКОР»

Г.С. Бублій

(підпис)

МП

UA.TR.D.21-0708

Реєстраційний №

26 травня 2022р.

дата реєстрації

20 травня 2022р.

термін дії декларації до

Керівник  
Органу з оцінки відповідності

(підпис)

МП

В. Дубровський

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ТОВ «ООВ «ПромСтандарт, 49000, м. Дніпро, вул. Старокозачька, 56, оф. 7 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін до умов реєстрації, склад або технологію виробництва). Декларація складена з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Чинність декларації про відповідність можна перевірити за тел. (056) 742-82-39 та на сайті органу з оцінки відповідності ТОВ «ООВ «ПромСтандарт» [prom-standart.com.ua](http://prom-standart.com.ua)